



Coup de chaud au dépôt

Où ?



ES avec

- Dépôt urgence-relais
- Localisé bloc opératoire



Quoi ?



Panne électrique

- Alarme visuelle au bloc
- Alarme sonore au bloc
- Report alarme en chir

Quand ?



Vacances d'été

- Fermeture 2 semaines
- Bloc fermé
- Chirurgie fermée



**Alarmes
non prises
en compte**

Et après ?

Reprise activité...

- Découverte de l'incident
- Enceinte CGR à 22°C !!!
- Perte stock UV (4 CGR O)



Décision du 10 mars 2020 définissant les principes de bonnes pratiques prévus à l'article L.1222-12 du Code de la santé publique

Équipements qualifiés

Qualification documentée

Maintenance planifiée

Alarmes avec seuils haut et bas, centralisées et audibles, avec report

Mesure et enregistrement continu de la température

Mode dégradé prévu si panne ou dysfonctionnement

Alarmes testées régulièrement, avec document d'enregistrement

Alimentation électrique de l'alarme indépendante de l'alimentation du matériel

Dossier de qualification validé par le responsable de dépôt de sang

Si le dépôt ferme :

- Informer les services
- Organiser la reprise des CGR du SUV avec l'ETS

Bonnes
Vacances

